


# パルスオキシメーターの返しかた



## 保健所へ返却する物



パルスオキシメーター

※写真の機器は一例です。

## 返却する時に使う物（梱包材など）



パルスオキシメーターをお届けの際に、機器を包んでいるチャックつきビニール袋と、ふくら状の緩衝材は、返却時にまた利用しますので、機器を受け取った後すぐに捨てないでください。

## 返却のしかたについて

同封しているレターパックプラスに梱包したパルスオキシメーターを入れ、療養解除から4日後に、お近くの郵便ポストに入れるか、郵便局の窓口へご提出ください。

4日後以降になる場合は、おそれ入りますが、すみやかにご返却をお願いいたします。



## パルスオキシメーターの梱包方法

### レターパックプラスにパルスオキシメーターを入れる方法

1

きれいに拭いたパルスオキシメーターをチャックつきビニール袋に入れ、袋の中の空気を抜いてチャックを閉じる。（パルスオキシメーターの清掃方法については裏面をご覧ください。）



パルスオキシメーター

※写真の機器は一例です。



チャックつきビニール袋



と閉じる

裏面へ続きます

②でパルスオキシメーターを入れたチャックつきビニール袋を、ふくろ状の緩衝材に入れる。

※ ふくろ状の緩衝材は、中身が外に出ないように、セロハンテープ等で口を閉じてください。



③でパルスオキシメーターを入れたふくろ状の緩衝材を、レターパックプラスに入れ、裏面を閉じる。

※ レターパックプラスの裏面はしっかり閉じてください。



④レターパックプラスを、お近くの郵便ポストへ入れるか、郵便局の窓口へ提出する。

※ お金はかかりません。(レターパックプラスは切手を貼らずに送ることができます。)



パルスオキシメーターは、郵送での返却の他に、保健所へ直接ご持参いただく事も可能です。その場合は、パルスオキシメーターと一緒に、使わなかったレターパックプラスもご返却ください。

**返却場所** 堺市保健所 感染症対策課 ( 堺市役所 本館6階 )



### ▶ パルスオキシメーターの清掃方法

本体から電池を取り外し、消毒液を含ませた脱脂綿、または、やわらかい布できれいに拭いてください。パルスオキシメーターを拭く際は、機器の内部に消毒液や水分が入らないよう注意してください。

**!** パルスオキシメーターの清掃後は、機器を十分に乾燥させてください。

清掃に利用できる消毒薬 **エタノール (70%程度) 等**

次に使用する方のためにも本機器は丁寧にお取扱いいただき、清掃・消毒のご協力をお願いします。

パルスオキシメーターの返却に関する お問い合わせ

堺市保健所 感染症対策課 TEL: 072-222-9933 FAX: 072-222-9876